

Изменение № 1 ГОСТ 32038—2013 Пиво. Метод определения двуокиси углерода

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом...)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают национальные органы по стандартизации

Раздел 1. Изложить в новой редакции: «1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды пивоваренной продукции, в том числе на пивные напитки, пиво специальное, пиво оригинальное и устанавливает метод определения массовой доли двуокиси углерода.».

Раздел 2. Дополнить ссылкой: «ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Дополнить стандарт разделом 4а. «4а Условия проведения определения

При проведении определения массовой доли двуокиси углерода соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С (20 ± 5);
- атмосферное давление, кПа 84,0 – 106,0;
- относительная влажность воздуха, % 30 – 80.».

Пункт 4.2. Изложить в новой редакции: «4.2 Термометр ртутный стеклянный лабораторный по ГОСТ 13646 или термометр жидкостной стеклянный по ГОСТ 28498 с пределом измерения от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С.

Пункт 4.4. Изложить в новой редакции: «4.4 Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с техническими характеристиками не ниже указанных».

Раздел 6. Дополнить пунктами 6.8. и 6.9.:

«6.8 За результат определения принимают среднее арифметическое значение двух измерений. Результат выражают с точностью до первого десятичного знака после запятой.

6.9. Допускается использовать анализаторы с возможностью получения результата измерения в цифровом виде.».

Пункт 7.2. исключить.

Приложение А. Заменить статус приложения «справочное» на «обязательное».

Приложение А. Таблица. Заменить слова: «Давление, (кг/см²)» на «Давление, (кгс/см²)»;

Дополнить примечанием: «Для перевода давления из МПа в кгс/см² применяют соотношение: 1 кгс/см² = 98066,5 Па = 0,0981 МПа = 98,1 кПа».

Сведения о разработчике

Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН).

119021, г. Москва, ул. Россолимо, 7

Телефон +7 (499) 246-67-69


Тел/факс +7 (499) 246-03-23

Электронная почта: vniipbivp@fncps.ru, www.vniinapitkov.ru

Руководитель разработки:

Заместитель директора по
инновационной деятельности, д.т.н.

должность



подпись


Кобелев К.В.

Фамилия И.О.

Разработчики:

Заведующая отделом стандартизации

должность




подпись

Моисеева А.А.

Фамилия И.О.

Заведующая отделом технологии
пивоварения, безалкогольных
напитков, минеральных и питьевых
вод, к.т.н.

должность



подпись

Лазарева И.В.

Фамилия И.О.